



Ref. : .....

Date : .....

الرقم : .....

التاريخ : .....

لجنة شراء لوازم والخدمات الاستشارية (فرعية)

عطاء فرعي

(استدراج عروض)

(توريد موازين مختبرات)

رقم العطاء: 2024/09

التاريخ: 2024/07/15

فاكس 032179033 هاتف (03/2179000)

إلى السيد / السادة .....

أرجو تقديم أسعاركم للمواد المبينة أدناه وإعادة هذه المناقصة بالظرف المختوم إلى لجنة شراء لوازم والخدمات الاستشارية (فرعية) في مكاتب الجامعة في معان .

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس لجنة شراء لوازم والخدمات الاستشارية (فرعية)

الرقم	اسم المادة ومواصفاتها	الكمية	الوحدة	السعر الفردي	السعر الإجمالي	المنتج	الموديل أو الماركة	ملاحظات
-1	Top loading balance	4						
-2	Analytical balance	2						
حسب الاعداد و الوصف المرفق								
المجموع								

أتعهد والتزم بكافة شروط العامة والخاصة المناقصة المرفقة والمعلن عنها على الموقع الالكتروني للجامعة .

العنوان : .....

مدة التسليم .....

اسم المناقص أو الشركة .....

أو المؤسسة .....

مكان التسليم .....

هاتف رقم .....

الخاتم الرسمي والتوقيع .....

\*\*\* يعتبر المناقص مطلعاً ضمناً على نظام المشتريات (8) لسنة 2022 الحكومي وتعديلاته وتعليماته ونسخته الموجوده على الصفحة الالكترونية للعطاءات

\*\*\* اخر موعد لاستقبال العروض الساعة (2) مساء يوم الاربعاء الموافق 2024/7/31

\*\*\* يتم فتح العروض يوم الخميس الموافق 2024/08/01 الساعة (11.30) ظهراً وفي حال تعذر فتحها في الموعد المقرر يتم الاعلان عن الموعد الجديد في صفحة العطاءات على موقع الجامعة

الالكتروني <http://ahu.edu.jo/TenderAr.aspx>

\*\*\*\*تقيق شروط دعوة المناقصة العامة

\*\*\* يعلن عن الاحالة المبدئية للعطاء واي تفاصيل اخرى في صفحة العطاءات على موقع الجامعة الالكتروني <http://ahu.edu.jo/TenderAr.aspx>

### **Top loading balance**

**\*\*Readability (1 mg)**

**\*\*Capacity (620 g)**

**\*\*Pan dimensions (140x140 mm)**

**\*\* Average response time of Just 3 seconds.**

**\*\*Fully automatic Calibration**

**\*\*Optional external battery pack**

**Available.**

### **Analytical Balance**

**\*\*Readability (0.1 mg)**

**\*\*Capacity (360 g)**

**\*\*Pan dimensions [wxd] (85x85 mm)**

**\*\*Fully automatic Calibration**

**\*\*Optional external battery pack available.**



المواصفات والميزات	العدد المطلوب	نوع الميزان
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Readability (1 mg)</li> <li>* Capacity (620 g)</li> <li>* Pan dimensions (140*140 mm)</li> <li>* Average response time of Just 3 seconds.</li> <li>* Fully automatic calibration</li> <li>* Optional external battery pack available.</li> </ul>	4	Balance
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Readability (0.1 mg)</li> <li>* Capacity (360 g)</li> <li>* Pan dimensions [quad] (85 x 85 mm)</li> <li>* Fully automatic calibration</li> <li>* Optional external battery pack available.</li> </ul>	2	Analytical Balance

